



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente do Município de Pacatuba - CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 tendo cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA**, resolve **ADJUDICAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **Pregão Eletrônico Nº 09.029/2023-PERP**, em favor do(s) vencedor(es), de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO** em favor do(s) seguinte(s) licitante(s), conforme Ata do Pregão Eletrônico, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

LOTE	LICITANTE VENCEDOR	CNPJ Nº	VALOR GLOBAL
1	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 8.930,00
2	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 9.025,00
3	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 8.550,00
4	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 9.040,95
5	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	07.029.483/0001-04	R\$ 4.725,00
6	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 30.135,00
7	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 57.342,90
8	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 270.000,00
9	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 14.100,00
10	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 11.700,00
11	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	07.897.039/0001-00	R\$ 2.735,00

VALOR GLOBAL É DE R\$ 426.283,85 (quatrocentos e vinte e seis reais, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Pacatuba-CE, 25 de janeiro de 2024.


IARA LOPES DE AQUINO

PREGOEIRA/AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA



ANEXO I AO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

LICITANTE VENCEDOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ: 07.897.039/0001-00					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO, MODELO, MARCA, FABRIC. PROCED. E RMS	UND	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
1	<p>CANETA ALTA ROTAÇÃO, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM 420.000 RPM, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE COM ALUMINIO ANODIZADO COM CANAIS ARREDONDADOS DE PREGAS CABEÇA DE TAMANHO REDUZIDO, SISTEMA DE CONEXÃO DOIS FUROS, SPRAY - UNIDADE - 1 - UNIDADE</p> <p>"Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro nº54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n.04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISSO 14457:2017 - "Dentistry - Handpieces and Motors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA)-Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016.</p> <p>MODELO: PRIME CX207-W-2 (SPRAY TRIPLO) MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600009</p>	UND	20	R\$ 446,50	R\$ 8.930,00
2	<p>CONTRA - ÂNGULO. CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO, EM ALUMÍNIO E LATÃO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. PESO MAX. 44,5G</p> <p>Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n.04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017- Dentistry - Handpieces and Motors" ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: CONTRA ÂNGULO PRIME CX235-1F + MANDRIL: FG MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609005</p>	UND	20	R\$ 451,25	R\$ 9.025,00
3	<p>MICROMOTOR. MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, EM ALUMÍNIO E LATÃO, ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.</p> <p>Produto Fabricado Conforme Portaria Inmetro n.º54 de 01/02/2016, Instruções normativas da ANVISA, n.04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017- "Dentistry - Handpieces and Motors" ISO 3964:2016 - "Dental handpieces - Coupling Dimensions", ISO 9168:2005- "Dental handpieces - Hose connectors", Resolução RDC 39/2013 (ANVISA) - Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".</p> <p>MODELO: MICROMOTOR PRIME CX235-3F MARCA: DENTEMED</p>	UND	20	R\$ 427,50	R\$ 8.550,00



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo



4	<p>FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM LED (DIODO EMISSOR DE LUZ); POTÊNCIA MÁXIMA SUPERIOR A 800 MW/CM²; COMPRIMENTO DE ONDA ENTRE 450 À 490 NM; PEÇA DE MÃO SEM FIO; TEMPO PROGRAMÁVEL DE 10 EM 10 SEGUNDOS, COM BIP SONORO (AVISO DE TEMPO); CONTROLE DE OPERAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA; TENSÃO BIVOLT (CARREGADOR); FOTOPOLIMERIZADOR LEVE E ERGONÔMICO, DO TIPO CANETA; PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ DE FIBRA, REMOVÍVEL, COM GIRO DE 360º, DE ALTA RESISTÊNCIA; LUZ FRIA, MENOR OU IGUAL A 5,6º C; DIÂMETRO DA PONTA EM ACRÍLICO DE, NO MÍNIMO, 8MM; PONTEIRAS ACESSÓRIAS AUTOCLAVÁVEIS (PARA 1 E 3 DENTES); WIRELESS (SEM FIO); REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME EXIGÊNCIA DA ANVISA.</p> <p>MODELO: PRIME LED MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609004</p>	UND	15	R\$ 602,73	R\$ 9.040,95
6	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS EM INOX BIVOLT. AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 21: FUNÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS/INSTRUMENTOS UTILIZANDO VAPOR SOB PRESSÃO, QUE DEVEM SER RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS E VAPOR INTENSO.</p> <p>BIVOLT AUTOMÁTICO SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, VÁLVULA DE SEGURANÇA/ANTI-VÁCUO, TERMOSTATO, FÚSIVEL, DENTRO OUTROS CÂMARA AÇO INOX; COM DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX QUE FACILITA A LIMPEZA;</p> <p>MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX) PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600006</p>	UND	5	R\$ 6.027,00	R\$ 30.135,00
7	<p>COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO. NÃO NECESSITA LUBRIFICAÇÃO; RESERVATÓRIO COM TRATAMENTO INTERNO ANTIOXIDANTE; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO: 62 DB A UM METRO DE DISTÂNCIA; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO; RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA POSSUI DOIS RELES TÉRMICOS, UM PARA CADA MOTOR ; DOIS MANÔMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETÉM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR. REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO. VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES. FILTROS DE ASPIRAÇÃO (ENTRADAS DE AR NO RESERVATÓRIO) ACOMPANHA DOS REFIS PARA FUTURA SUBSTITUIÇÃO. MANGUEIRAS DOS MOTORES METÁLICA E FLEXÍVEL. MAIOR SEGURANÇA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA ÚTIL. VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE) DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO. LARGURA / ALTURA / COMPRIMENTO (CM)40 X 62 X 40 CM; PESO LÍQUIDO (KG)28 KG; PESO BRUTO (KG)31 KG; ALIMENTAÇÃO 110 V OU 220 V</p>	UND	15	R\$ 3.822,86	R\$ 57.342,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro

CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
Construindo um Novo Tempo



	<p>MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA DO MOTOR 60 HZ; FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA)188 L/MIN. (6,6 PC/MIN.); CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 45 LITROS; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO120 PSI (0,83 MPA); POTÊNCIA TOTAL (DOIS MOTORES) 1,13 CV (840 W); CONSUMO DE ENERGIA TOTAL (DOIS MOTORES)0,75 KW/HORA; CORRENTE NOMINAL 6A (110V) 3,5A (220V); VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DOS MOTORES1750 R.P.M.; NÚMERO DE PÓLOS DOS MOTORES4 POLOS; NÚMERO TOTAL DE PISTÕES (DOIS MOTORES) 2 PISTÕES. IDEAL PARA 1 CONSULTÓRIO.</p> <p>MODELO: PRIME AIR 50 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART.2º-IV DA RDC 260/02)</p>				
8	<p>CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO, COMPOSTO DE: a) CADEIRA ODONTOLÓGICA: AUTOMÁTICA, BASE EM CHAPA DE AÇO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA E QUE NÃO NECESSITE DE FIXAÇÃO AO PISO; A BASE POSSUI UM DESENHO ERGONÔMICO QUE PERMITA A APROXIMAÇÃO DO CD/ASB AO CAMPO OPERATÓRIO, ACIONADA POR 2 MOTORREDUTORES DE CORRENTE CONTÍNUA, ISENTOS DE ÓLEO; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO MULTIFUNCIONAL, QUE PROPORCIONA O ACIONAMENTO E ALTERAÇÃO GRADUAL DE LUMINOSIDADE DO REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, VOLTA À POSIÇÃO ZERO E A 4 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEL PELO DENTISTA; ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO QUE FACILITA A LIMPEZA E AUMENTA A RESISTÊNCIA DA CADEIRA; CAPAS DE POLIESTIRENO E MATERIAL TIPO ABS DE CANTOS ARREDONDADOS, COM PROTEÇÃO UV, PINTADAS COM TINTA DE POLIURETANO LISA, DE ALTO BRILHO, FACILITANDO A DESINFECÇÃO E EVITANDO A INFECÇÃO CRUZADA; ENCOSTO E APOIO DE BRAÇOS ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO, SEM COSTURAS LATERAIS; ENCOSTO DE CABEÇA COM FORMAS E ESPESSURA REDUZIDAS E MOVIMENTOS LONGITUDINAL E BIARTICULADO QUE PROPORCIONEM POSICIONAMENTO CONFORTÁVEL E ERGONÔMICO DO PACIENTE; CIRCUITO ELÉTRICO DE BAIXA VOLTAGEM, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, PONTOS DE ALIMENTAÇÃO E LIGAÇÃO DO EQUIPO COM A UNIDADE AUXILIAR, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR E CHAVE GERAL LOCALIZADOS NA TAMPA FRONTAL DA CADEIRA;</p> <p>b) EQUIPO PRIME CART: EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO KART, COM BASE MÓVEL SOBRE RODÍZIOS DUPLOS, AMBIDESTRO, COM PUXADORES BILATERAIS, BANDEJA DE INOX AUTOCLAVÁVEL; SUPORTE DE PONTAS EM MATERIAL RESISTENTE, TIPO ABS, EM PEÇA ÚNICA JUNTO AO CORPO DO EQUIPO; SUPORTE DE MANGUEIRAS PARA ATÉ 4 TERMINAIS COM 01 SERINGA TRÍPLICE, UM TERMINAL BORDEN PARA BAIXA ROTAÇÃO; SISTEMA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO REFLUXO DO ALTA-ROTAÇÃO E MICROMOTOR COM SPRAY, ABERTURA E FECHAMENTO PNEUMÁTICO E INDIVIDUAL PARA CADA PONTA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE, DESPRESSURIZADOR AUTOMÁTICO SEM VÁLVULA, PEDAL DE COMANDO MÓVEL E MULTIFUNCIONAL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS QUANDO ESTES SE ENCONTRAM FORA DO SUPORTE DE TERMINAIS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000ML PARA O SISTEMA POTÁVEL;</p> <p>c) UNIDADE AUXILIAR PRIME: ACOPLADA À CADEIRA ODONTOLÓGICA, SENDO ESSA COM UMA CUSPIDEIRA TIPO BACIA EM CERÂMICA ESMALTADA, REMOVÍVEL, COM ÁGUA CORRENTE E REGISTRO; COM SUPORTE PARA 01</p>	UND	15	R\$ 18.000,00	R\$ 270.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro
CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE



	<p>SUGADOR, ACIONADO AUTOMATICAMENTE, PROPORCIONANDO SUÇÃO CONSTANTE; TUBULAÇÃO DE ÁGUA, AR E ESGOTO EM PVC E POLIURETANO TOTALMENTE EMBUTIDA; CAIXA DE ESGOTO BLINDADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR;</p> <p>d) REFLETOR 6 LEDS MODELO CX-249-23: REFLETOR ODONTOLÓGICO COM CABEÇOTE DE 03 LEDS DE ALTA POTÊNCIA, QUE REFLITAM LUZ PARA ESPELHOS ESPECIAIS, PROPORCIONANDO BOA LUMINOSIDADE; COMANDO LOCALIZADO NO PEDAL DA CADEIRA; CABEÇOTE COM PUXADORES ERGONÔMICOS, REMOVÍVEIS PARA HIGIENIZAÇÃO, INTENSIDADE DE LUZ VARIÁVEL (VALOR DE 15.000 ATÉ 35.000 LUX); GARANTIA: 24 MESES. INSTALAÇÃO PELO FORNECEDOR.</p> <p>Produto Fabricado Conforme regulamentos da Portaria Inmetro n.º54 de 01/02/2016 e portarias complementares e da Instrução normativa da ANVISA, n.04 de 24/09/2015 e n.22 de 20.10.2017.</p> <p>Equipamento testado pela OCP NORISK nas normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EM1:2016 (Equipamento eletromédico Parte1), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 (Equipamento eletromédico Parte 1-2), ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 (Equipamento eletromédico Parte1-6), ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + EM1:2014 somente os itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 (Equipamento eletromédico Parte 1-9), ABNT NBR IEC 80601-2-60:2015 (Equipamento eletromédico Parte 2-60), ABNT NBR ISO 6875:2014 (Odontologia - Cadeira Odontológica para paciente) ISO 7494-1:2011 (Odontologia - Unidades odontológicas - Parte 1), ISO 7494-2:2015 (Odontologia - Unidades odontológicas estacionárias - Parte 2: Sistemas de ar, água, sucção e águas residuais) e ISO 9680:2014 (Odontologia - Luzes de operação). Ainda fabricado conforme Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42/CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47/CEE e 98/79/CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)"</p> <p>MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME X6 (Ambidestro) + acessórios e opcionais inclusos para atendimento na íntegra da especificação do edital, conforme segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Caixa de comando única com tubulação embutida (Cadeira)2. Encosto de cabeça Biarticulado/Multiarticulado (Cadeira)3. Braço direito rebatível ou escamoteável (Cadeira)4. Pedal multifuncional móvel, com acionamento das funções da cadeira e do equipo (Cadeira)5. Reservatório de água de 1.000ml (Equipo/Unid. Aux.)6. Sistema de assepsia com válvula antirrefluxo com 02 reservatórios de água e outro com líquido antisséptico (Equipo/Unid Aux.)7. Cuba Porcelana/ Cerâmica (Unidade Auxiliar)8. Refletor Odontológico 6 Leds Modelo CX-249- COR DO <p>ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO IMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/SELO "CE"</p>				
9	<p>MOCHO ODONTOLÓGICO: COM BASE TIPO PEDESTAL EM POLIPROPILENO, GIRATÓRIA, COM 5 RODÍZIOS DUPLOS FIXADOS NAS EXTREMIDADES DA BASE DE SUSTENTAÇÃO, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS COM PVC, SEM COSTURAS, INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO POR ALAVANCA INDEPENDENTE, SISTEMA A GÁS DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO</p>	UND	15	R\$ 940,00	R\$ 14.100,00



GOVERNO MUNICIPAL
Pacatuba
Construindo um Novo Tempo



	COM ALAVANCA INDEPENDENTE. PRODUTO FABRICADO CONFORME ABNT NBR ISO 7493 E RESOLUÇÃO RDC 59:2000 (ANVISA), GARANTINDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS NORMAS DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE. Produto fabricado conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC de 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS GOLD ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART.2º-IV DA RDC 260/02)				
10	APARELHO DE RAIOS X, PERIAPICAL DE USO ODONTOLÓGICO, 70 KVP, COM INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR VARIANDO DE 7 MA A 8 MA, CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CHUMBO DE 0,5MM, DUPLA COLIMAÇÃO, FILTRO DE ALUMÍNIO EQUIVALENTE A 2,5MM, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DISPLAY DIGITAL CENTESIMAL PARA VISUALIZAÇÃO DO TEMPO, BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO DE 0,8 MM, COMPENSADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO COM CORREÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASO DE SUB E SOBRETENSÃO, CERTIFICADO DO INMETRO COM BASE NA NORMA IEC60601, TOTAL ADEQUAÇÃO AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO, TENSÃO 220 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, POTÊNCIA VARIANDO DE 1.000 VA A 1540VA, COLUNA MÓVEL, DIGITAL, COM REGULADOR DE TENSÃO QUE PERMITA ESTABILIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO. MODELO: ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD MARCA: PRO X FABRICANTE: CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE ARRUDA PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 82278250001	UND	1	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00
11	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: ESPECIFICAÇÃO- JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL MODELO: PRIME MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600008	UND	1	R\$ 2.735,00	R\$ 2.735,00
VALOR DO LOTE R\$ 421.558,85 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)					R\$ 421.558,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro
CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE



GOVERNO MUNICIPAL

Pacatuba

Construindo um Novo Tempo



LICITANTE VENCEDOR: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 07.029.483/0001-04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
5	SELADORA DE MESA. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO, SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. ÁREA PARA SELAGEM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (127/220 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200°C.	UND	AGIR	15	R\$ 315,00	R\$ 4.725,00
VALOR DO LOTE R\$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais)						

VALOR GLOBAL É DE R\$ 426.283,85 (quatrocentos e vinte e seis reais, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA
Rua Cel. João Carlos, 345 - Centro
CEP. 61.801-225 Pacatuba-CE