



RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO





RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Esclarecimento sobre PREGÃO ELETRÔNICO 09.010/2024-PE, que tem como objeto aquisição de equipamentos hospitalares permanentes, a fim de atender as demandas do centro cirúrgico e demais setores funcionais do Hospital Celio Rodrigues do Município de Pacatuba-CE.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos protocolado via sistema de pregão eletrônico Nº **09.010/2024-PE** no dia 15/05/2024, às 10h, que informa dúvidas sobre condições do Pregão Eletrônico supramencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos responder:

QUESTIONAMENTOS:

1. Qual a capacidade de carga do item 13? capacidade parada e capacidade de carga em movimento?
2. Serão aceitos monitores que possuem resolução de pelo menos 800 x 600 pixels? Além disso, poderia confirmar qual a tecnologia utilizada pela instituição para o parâmetro de pressão invasiva?

RESPOSTAS:

1. Sobre o alegado, cumpre esclarecer que a capacidade da mesa é de 460kg.
2. Sobre o alegado, cumpre esclarecer que os monitores podem ter a resolução de no mínimo 800x600 pixels e não trabalham com pressão invasiva.

Agradecemos a atenção e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Pacatuba/CE, 29 de maio de 2024.

Francisca Nathalia Barreto Rats

FRANCISCA NATHALIA BARRETO RATS
SECRETÁRIA DE SAÚDE